

NEVERS EVENTS 10 Erreur d'administration de gaz à usage médical**INTOXICATION ASPHYXIE EXPLOSION INCENDIE****le code couleur des bouteilles ne doit jamais être utilisé pour identifier le gaz.****LIRE ATTENTIVEMENT L'ETIQUETTE POUR IDENTIFIER ET S'ASSURER DE LA NATURE DU GAZ****PRESCRIPTION**

- **L'OXYGENE, le MEOPA SONT DES MEDICAMENTS** , sont toujours prescrits par un médecin.

TRANSPORT

- Ne pas **transporter plus de 3 bouteilles**, respecter la position verticale , arrimer solidement
- L'aération du véhicule doit être assurée lors du transport
- Procédure de transport du MEOPA
- Ne pas laisser de bouteilles stockées dans le véhicule
- **Transporter à température < 50°C et hors gel >0°C**

ADMINISTRATION

- **Fiche pratique MEOPA soignant à destination des IDEL (1038)**
- **Fiche de surveillance patient(1033)**

SUIVI

- Stockage au domicile du patient, à des températures comprises entre 10°C et 30°C
- Pose d'un scellé sur la bouteille, stockée dans un endroit qui doit limiter les chocs , endroit sec, pas de manipulation par d'autres personnes)
- Dans tous les cas si un manodétendeur est endommagé (marque de choc chapeau cassé , olive manquante...) ne pas l'utiliser et demander son remplacement .



MOYENS DE PREVENTION HAD : Identifié avec **sticker médicament à risque**, modalité de stockage et transport sécurisé, formation des professionnels, traçabilité de l'administration.